



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ

В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 78.01.13.000.М.000062.02.22 ОТ 10.02.2022 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта фактический адрес):

Условия выполнения работ при осуществлении деятельности в области использования источников ионизирующего излучения согласно приложению

Общество с ограниченной ответственностью "КлубНика" 197183, г. Санкт-Петербург, улица Дибуновская, дом 50, литер А, часть пом. 27-Н (13, 14, 21-27)(Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Общество с ограниченной ответственностью "КлубНика" 197183, город Санкт-Петербург, ул. Дибуновская, д. 50, литер А, помещ. 27-Н, оф.207(Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)", СП 2.6.1.2612-10 "Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)", СанПиН 2.6.1.1192-03 "Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований", СанПиН 2.6.1.2891-11 "Требования радиационной безопасности при производстве, эксплуатации и выводе из эксплуатации (утилизации) медицинской техники, содержащей источники ионизирующего излучения".

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (~~не соответствующими~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Акт санитарно-эпидемиологического обследования Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу № 78-00-11/170-102-2022 от 08.02.2022 года.



Заключение действительно до 10.02.2027 г.

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

Башкетова Наталья Семёновна

№ 2954804





**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу

(наименование территориального органа)

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ 78.01.13.000.М.000062.02.22 ОТ 10.02.2022 г.

Условия выполнения работ при осуществлении деятельности в области использования источников ионизирующего излучения согласно

1. Организация: Общество с ограниченной ответственностью "КлубНика",
197183, г. Санкт-Петербург, улица Дибуновская, дом 50, литер А, часть пом. 27-Н (13, 14, 21-27)
ИНН 7814776035 ОГРН 1207800063811
2. ФИО руководителя: генеральный директор Чурбанов Юрий Флавианович тел. 565-25-67
3. Министерство, ведомство: нет
4. Вышестоящая организация: нет
5. Подразделение организации, получающее санитарно-эпидемиологическое заключение:
рентгенодиагностический стоматологический кабинет
6. Ограничительные условия: нет

Место проведения работ: 2 этаж, рентгенодиагностический стоматологический кабинет (пом.27)

Вид источника: генерирующий

Тип источника: аппарат рентгеновский дентальный

Марка аппарата: "Focus"

Фирма, завод-изготовитель: "Инструментариум Дентал, ПалоДекс Груп Ои", Финляндия

Заводской номер: F54001

Год выпуска: 2021

Год ввода в эксплуатацию: 2022

Вид работ: рентгенография

Воробьева Д.А., 328-05-22



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

Башкетова Наталья Семёновна

